

Modell Nr. 1732/1733

PRÜFLINGS-VERSCHLÜSSE QUIX 100 BAR



Gemäß

ISO 1167

ASTM D 1598

ASTM D 1599

Der Zeitstand-Innendruckversuch ist ein Prüfverfahren zur Bestimmung der Festigkeit von thermoplastischen Rohren gegen konstanten, hydrostatischen Innendruck bei konstanter Umgebungstemperatur. Die Probekörper werden dabei entweder für einen festgelegten Zeitraum oder bis zum Versagen geprüft. Die Beanspruchungsdauer hängt dabei von der durch Innendruck erzeugten Spannung und Temperatur ab.

EINFACHE UND SICHERE BEDIENUNG

- > Schnelle Montage durch bewährte Verschlusskonstruktion
- > Einfache und zuverlässige Entlüftung direkt am Prüfling

DAUERHAFTE WIRTSCHAFTLICHKEIT

- > Hochwertige Gerätekomponenten garantieren eine hohe Ausfallsicherheit, eine lange Lebensdauer und geringe Unterhaltskosten



AUSFÜHRUNG PRÜFLINGSVERSCHLÜSSE QUIX

	V1732-0008	V1732-0010	V1732-0012	V1732-0016	V1732-0017	V1732-0018	V1732-0020	V1732-0025	V1732-0032	V1732-0040	V1732-0050
Für Rohrdurchmesser DN mm	8	10	12	16	17	18	20	25	32	40	50

	V1732-0063	V1732-0075	V1732-0090	V1732-0110	V1732-0125	V1732-0140	V1732-0160	V1732-0180	V1732-0200	V1732-0225	V1732-0250
Für Rohrdurchmesser DN mm	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250

	V1733-0012	V1733-0017	V1733-0015	V1733-0021	V1733-0022	V1733-0026	V1733-0028	V1733-0033	V1733-0034	V1733-0042	V1733-0041
Für Rohrdurchmesser DN Zoll	$\frac{3}{8}$ CTS	$\frac{3}{8}$ IPS	$\frac{1}{2}$ CTS	$\frac{1}{2}$ IPS	$\frac{3}{4}$ CTS	$\frac{3}{4}$ IPS	1 CTS	1 IPS	$1\frac{1}{4}$ CTS	$1\frac{1}{4}$ IPS	$1\frac{1}{2}$ CTS

	V1733-0048	V1733-0047	V1733-0054	V1733-0061	V1733-0088	V1733-0114	V1733-0141	V1733-0168	V1733-0219		
Für Rohrdurchmesser DN Zoll	$1\frac{1}{2}$ IPS	$1\frac{3}{4}$ CTS	2 CTS	2 IPS	3 IPS	4 IPS	5 IPS	6 IPS	8 IPS		

Maximaler Prüfdruck bar	100										
Material der Verschlusskappen	Edelstahl 1.4305 / AISI 303 / UNS S30300										
Geeignet für PE-Rohre	✓										
Geeignet für PP-Rohre	✓										
Geeignet für PVC-Rohre	✓										
Entlüftungseinsatz	✓										
Ringmutter zur Aufhängung	✓										
Druckanschluss	Schnellkupplungs-Stecknippel										
Anschlusssatz für IPT-Prüföfen	+										

✓ inklusive + verfügbar/optional O wählbar - nicht verfügbar * auf Anfrage erhältlich

ZUBEHÖR PRÜFLINGSVERSCHLÜSSE QUIX

Produkt	Beschreibung	Modell-Nr.
	Rohrprüfgerät	1720 1774 1785
	Prüfbehälter	1751-1757
	Prüfofen	1662 1674 1776
	Aufhängehaken für Prüfling	1079
	Verbindungsschläuche	1074 1577